

David Rodrigues - FAURGS

De: Sullab Diagnósticos <sullab@sullab.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 16 de julho de 2018 10:40
Para: FAURGS - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UFRGS
Cc: Laura Alencastro de Azevedo
Assunto: PE: 87/2017 - Solicitação de esclarecimentos

Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar

Status do sinalizador:

Concluída

Prezado Pregoeiro JOSE LEONARDO SCHMITT GAYER, bom dia!

Solicitamos esclarecimentos/alterações quanto ao seguinte item do referido edital referente às características do equipamento:

Cubetas de reação descartáveis ou reutilizáveis **em vidro. (quinto item do termo de referência)**

O equipamento que ofertaremos não dispõe de cubetas de vidro, as cubetas são de plástico. Essa característica não interfere na qualidade dos exames, visto que o equipamento lava imediatamente após o uso as cubetas de reação e faz o branco das cuvetas para certificar-se que as cubetas estão em perfeitas condições de uso. Na manutenção semanal as cuvetas passam por uma manutenção onde ocorre uma lavagem melhorada para garantir ainda mais a limpeza e as perfeitas condições de uso.

Sem mais para o momento, aguardamos a posição da FURGS, para poder participar da licitação.

At.te



Greice Lima.
Departamento de Licitações e Contratos.
Sullab Distribuidora de Produtos Diagnósticos, Hospitalares e Farmacêuticos Ltda.
Rua Quintino Bocaiúva, 27- loja 14 - Floresta - Fone/Fax: +55 51 3302-3433
CEP 90440-051
Porto Alegre - RS