

Anexo I - **TERMO DE REFERÊNCIA**  
Edital - **153/2018**

**1. Órgão demandante**

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS  
Faculdade de Veterinária / Hospital de Clínicas Veterinárias  
Coordenador do Projeto: Professor Daniel Guimarães Gerardi

**2. Fiscalização do contrato e Comissão Técnica**

2.1. São responsáveis pela fiscalização do contrato e integrantes da Comissão Técnica desta Seleção Pública:

Daniel Guimarães Gerardi  
Coordenador do Projeto

Simone Pinto Maidana  
Farmacêutica

Tatiane Mottin  
Médica Veterinária

Marcele Muccillo  
Médica Veterinária

Paula Gonzalez  
Médica Veterinária

2.2. Para contato e esclarecimentos técnicos falar com Simone Pinto Maidana fone (51) 3308-8054.

**Observação:** Durante a fase de cadastramento das propostas, os interessados nesta Seleção Pública deverão encaminhar seus questionamentos, dúvidas e críticas ao edital para a FAURGS utilizando o e-mail: [faurgs.compras@ufrgs.br](mailto:faurgs.compras@ufrgs.br).

**3. Lotes de aquisição**

**LOTE 01**

Item	Quantidade	Valor unitário máximo aceitável	Valor total máximo aceitável
01	01 UNIDADE	R\$ 2.142,00	R\$ 2.142,00
<b>EQUIPO ODONTOLÓGICO / 4 PONTAS COM:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO REFRIGERADO;</li><li>- TERMINAL DE BAIXA ROTAÇÃO;</li><li>- SERINGA TRÍPLICE;</li><li>- TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO REFRIGERADO PARA ULTRASSOM SONIC BORDEN 2000N;</li><li>- RESERVATÓRIO PARA ÁGUA;</li><li>- PEDAL PROGRESSIVO PARA ACIONAMENTO DAS PONTAS;</li><li>- SISTEMA ANTI REFLUXO, VÁLVULA ANTI RETRAÇÃO.</li></ul> <b>MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- KAVO</li><li>- DENTSCLER</li><li>- DENTOMIX</li></ul> <p>Obs: Serão aceitas outras marcas desde que atendam a descrição acima.</p>			

Item	Quantidade	Valor unitário máximo aceitável	Valor total máximo aceitável
02	02 UNIDADES	R\$ 374,77	R\$ 749,54
<p><b>CONTRA ÂNGULO INTRA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tecnologia B-SAFE (nanotecnologia Dabi Atlante)</li> <li>- Corpo de alumínio anodizado</li> <li>- Contra-ângulo 1:1</li> <li>- Cabeça reduzida</li> <li>- Fixação da broca por trava</li> <li>- Engate intra</li> <li>- Eixo com diâmetro entre 2,334 e 2,350mm</li> <li>- Autoclavável até 135°</li> </ul> <p>MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CALU</li> <li>- DENTSCLER</li> <li>- DENTOMIX</li> </ul> <p>Obs: Serão aceitas outras marcas desde que atendam a descrição acima.</p>			
Item	Quantidade	Valor unitário máximo aceitável	Valor total máximo aceitável
03	02 UNIDADES	R\$ 508,00	R\$ 1.016,00
<p><b>TURBINA EXTRA TORQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotores balanceados: com baixo nível de ruído e vibração, garante menos estresse para o dentista e paciente.</li> <li>- Peso ideal: projetada para compensar o peso e a força das mangueiras, o que impede a força contrária em relação ao movimento da caneta do campo de trabalho.</li> <li>- Spray triplo: com distribuição simétrica, evita o superaquecimento na região de corte da broca.</li> <li>- Acoplamento Borden.</li> <li>- Sistema Press Button.</li> <li>- Rotação: 280000 – 380000rpm.</li> <li>- Torque: 0,13Ncm.</li> <li>- Ruído: 64dbs.</li> <li>- Pressão do ar: 32lbs.</li> <li>- Autolavável.</li> <li>- Longa vida útil.</li> <li>- Ergonomicamente perfeita para trabalhos precisos.</li> <li>- Recartilha soft.</li> </ul> <p>MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KAVO</li> <li>- DENTSCLER</li> </ul> <p>Obs: Serão aceitas outras marcas desde que atendam a descrição acima.</p>			

Item	Quantidade	Valor unitário máximo aceitável	Valor total máximo aceitável
04	02 UNIDADES	R\$ 532,00	R\$ 1.064,00
<p><b>MICROMOTOR INTRA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spray interno.</li> <li>- 5.000 a 20.000 rpm</li> <li>- Sistema INTRAmatic.</li> <li>- 1.000 ciclos de esterilização.</li> <li>- Sentido de rotação ajustável.</li> <li>- Baixo nível de ruído.</li> <li>- Rotação máxima de acionamento 20.000 rpm com inversão de rotação.</li> <li>- Acoplamento Borden (dois furos) com regulagem do spray na mangueira.</li> <li>- Pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol<sup>2</sup>).</li> <li>- Esterilizável por mais de 1000 ciclos em autoclave.</li> </ul> <p>MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KAVO</li> <li>- DENTSCLER</li> </ul> <p>Obs: Serão aceitas outras marcas desde que atendam a descrição acima.</p>			
Item	Quantidade	Valor unitário máximo aceitável	Valor total máximo aceitável
05	02 UNIDADES	R\$ 668,00	R\$ 1.336,00
<p><b>Peça de mão para remoção de tártaro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pressão de acionamento: 220 kpa.</li> <li>- Vibração elíptica de 6.000Hz.</li> <li>- Consumo de ar: 24-30l/min.</li> <li>- Agulha de limpeza.</li> <li>- Haste de limpeza.</li> <li>- A ponteira possui giro de 360°.</li> <li>- Peso: 190g.</li> <li>- Bivolt.</li> <li>- Acompanha: 1 Ponteira Universal nº5 + 1 Chave para Ponteira + 1 Agulha + 1 Junta de Engate.</li> <li>- Indicado para remoção de placa bacteriana, biofilme não mineralizado, manchas residuais e camada oxigenada do amálgama.</li> </ul> <p>MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KAVO</li> <li>- DENTSCLER</li> </ul> <p>Obs: Serão aceitas outras marcas desde que atendam a descrição acima.</p>			
<b>VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITAVEL DO LOTE: R\$ 6.307,54</b>			

#### 4. Informações gerais para elaboração de proposta e contratação

4.1. A empresa interessada nesta Seleção Pública deverá informar, no ato de cadastramento de sua proposta no pregão, a **marca** do produto ofertado, sob pena de desclassificação da etapa de lances.

4.2. Todos os produtos desta contratação deverão ser entregues no local indicado abaixo:

Departamento de Patrimônio e Almoxarifado da UFRGS

Av. Bento Gonçalves, 8670 – Bairro Agronomia – Porto Alegre, RS

Telefone: (51) 3308-7054

Horário de entrega: das 08:30 h até as 12:00 h e das 13:00 h até as 17:00 h.

4.3. **Prazo de entrega:** Os itens deverão ser entregues em até **15 dias úteis**, a contar do recebimento do pedido de fornecimento mediante Autorização de Compra.

4.4. **Prazo de garantia dos materiais:** No mínimo de **06 meses** após a entrega.

4.5. Não conformidades com os produtos entregues serão de inteira responsabilidade do fornecedor, cabendo-lhe custear todas as despesas de remessa do novo produto em substituição ao produto rejeitado, isto no mesmo prazo de 5 dias úteis, a contar da comunicação do parecer técnico do HCV.

4.6. A critério da Comissão Técnica desta Seleção Pública, a empresa vencedora poderá ser diligenciada para fornecer **amostra** do produto ofertado para fins de aprovação definitiva de sua proposta comercial, sem qualquer custo adicional ao contrato, devendo providenciar a entrega no prazo máximo de **5 dias úteis** após o recebimento do pedido.

## 5. Pagamento

Pagamento em até **20 dias corridos após a entrega**.

### **Observações:**

A) Deve constar na proposta a seguinte declaração:

*“Estão incluídos nesta proposta todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto desta seleção pública, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.”*

B) A proposta apresentada pela empresa arrematante deverá ter prazo mínimo de **60 dias de validade**.

C) **Para esta Seleção Pública o fornecimento de bens/serviço será em parcela única.**

D) Os e-mails referentes ao processo deverão conter o seguinte **ASSUNTO: “EDITAL 153/2018”**.