

SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES – EDITAL 003/2017

Identificador número 659313, Portal Licitações-e do Banco do Brasil

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

O Comprador da FAURGS, nomeado pela Portaria n. 01 de 23/06/2014, no uso de suas atribuições e com base na solicitação encaminhada pela empresa **LINDE GASES LTDA.** Em 18/01/2017, conforme segue:

"Solicitamos esclarecimento em relação ao Edital 003/2017, em relação ao item 02, os cilindros exigidos são de 20 Litros/3m³, informamos que esta metragem varia de acordo com a empresa que fornece o envase, podendo a capacidade em litros ser a mesma, porém num cilindro de 4 m³, pedimos que confirmem se neste caso como a litragem do gás é a mesma, se o cilindro de 4m³ atenderia a necessidade de vocês.

Estes cilindros serão conectados à alguma rede?

A pressão de Trabalho a 200 bar também atenderia a necessidade da unidade?"

Apresenta a resposta que segue abaixo:

Resposta 1: Será aceito cilindros de 4m³

Resposta 2: Os cilindros não são conectados à nenhuma rede.

Resposta 3: A pressão de trabalho a 200 bar atende à necessidade

Fica mantida a data do pregão para o dia 15/02/2017 nos mesmos horários, devendo-se prosseguir normalmente o certame.

Porto Alegre, 7 de fevereiro de 2017

J. Leonardo S. Gayer
Supervisor Setor de Compras
FAURGS
(Assinado no original)

UMA FUNDAÇÃO A SERVIÇO DA UFRGS

Av. Bento Gonçalves, 9500 - Prédio 43609 - Campus do Vale
Cx. Postal 15039 - CEP 91501-970 - Porto Alegre/RS - Brasil
Fone: 0xx51 3308-7178 - Fax: 0xx51 3319-5300
www.faurgs.ufrgs.br - E-mail: faurgs@ufrgs.br