

# Formulário de Resposta de Recurso

ANULAÇÃO DE QUESTÃO

RECURSO CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA



Protocolo: 0000000318

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - EDITAL Nº 01/2021

FORMULÁRIO DE RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA ESCRITA

RESPOSTA A RECURSO

PS 02 – ENFERMEIRO I (UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO, SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA, CENTRO CIRÚRGICO AMBULATORIAL E/OU CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO)

Nº DA QUESTÃO: 22

Conforme o EDITAL 01/2021 o qual dispõe da referência recomendada BRASIL. ANVISA 2017 CADERNO 4 - MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE na sua página 26 no subitem 3.2.11 monitoramento da pressão de cuff recomenda-se, portanto, que a pressão do cuff permaneça entre 18 a 22 mmHg ou 25 a 30 cmH<sub>2</sub>O. Evitar presso~es do balonete maiores que 22 mmHg ou 30 cmH<sub>2</sub>O. Com isso, o preenchimento do segundo parêntese, de cima para baixo, deve ser uma afirmação FALSA e não VERDADEIRA conforme consta no gabarito preliminar. Por conseguinte, a ANULAÇÃO da questão 22 é pertinente uma vez não há alternativa correta cuja provável sequência certa de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, seria a seguinte: V - F - F - V - F.

RESPOSTA DA BANCA: DEFERIDO

JUSTIFICATIVA: não há alternativa correspondente à sequência correta.

Referência

“VIANA, R. A. P. P. Enfermagem em terapia intensiva: práticas baseadas em evidências. São Paulo: Atheneu, 2011” p.442 e 444 recomenda pressão de Cuff entre 15-25 mmHg.

Referência “BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Caderno 4 - Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Brasília: Anvisa, 2017. Cap. 4; p. 85-126. Disponível em:

<https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/categoria/manuais>. Acesso em: 9 dez. 2020.” p. 26 recomenda que a pressão do cuff permaneça entre 18 a 22 mmHg ou 25 a 30 cmH<sub>2</sub>O

Anular a questão